

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 廖永平
	职称: 副主任医师
	工作单位: [REDACTED]
项目信息	项目名称: 富顺县中医医院核磁共振维保服务采购项目
	供应商名称: 鑫高益医疗设备股份有限公司
专业人员论证意见	专业人员认为,鑫高益核磁共振,原设备由原厂鑫高益公司负责,质保至今,即将到期。为保证设备的正常运转及安全性,不降低使用性能,防止诉讼风险,及时解决故障,保证后续配件更换需要,应向原厂供应商实行单一来源采购。且现有设备的质保由原厂负责,无授权代理商,具有唯一性。 综上所述,设备维护及零配件采购应由原厂负责,具有唯一性,符合《政府采购法》三十一条款第一款“只能从唯一供应商处采购的”之规定。建议对设备旧零件单一来源方式进行采购。
专业人员签字	廖永平 日期 2023年9月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李玲红
	职称: 副主任医师
	工作单位: [REDACTED]
项目信息	项目名称: 富顺县中医医院核磁共振维保服务采购项目
	供应商名称: 鑫高益医疗设备股份有限公司
专业人员论证意见	现单位已有 0.3T 鑫高益核磁共振一台。需维保, 而原维保服务由原厂鑫高益公司负责。维保合同即将到期。为保证设备的匹配和安全使用, 防止和降低意外事故。在设备发生故障时能及时解决。其后续零备件更换由同一规格部件。维保服务只能向原供应商处采购。且现市场上无任何授权代理商。维修服务由该设备生产厂家全权负责。且其现有的软件著作均由原厂自主设计、研发。其他厂家无法进行升级调试。只认从唯一供应商处采购。具有唯一性。 综上所述其符合《政府采购法》第三十条“只认从唯一供应商处采购的”之规定。因此建议以单一来源方式从鑫高益医疗设备股份有限公司处采购。
专业人员签字	李玲红 日期 2023年9月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。